

Leistung in neuem Gewand

Philips Respironics Wisp – Nasen-Maske mit minimaler Kontaktfläche

Anleitung zur Anpassung der Maske



1

Trennen Sie vor dem Anlegen der Maske die Clips des Kopfbandes, indem Sie sie aus dem Rahmen drehen.

Wichtig: Verwenden Sie die Anpassschablone, um das Maskenkissen auszuwählen, das zu Ihrer Nasenbreite passt, ohne die Nasenlöcher zu blockieren.



2

Halten Sie das Maskenkissen sanft in Position über der Nase und ziehen Sie das Kopfband über den Kopf.

Hinweis: Das Kopfband sollte flach auf Ihrem Hinterkopf aufliegen.



3

Halten Sie die Maske in Position und verbinden Sie die Clips wieder, indem Sie sie zurück auf den Maskenrahmen drücken.

Hinweis: Wenn Sie die Clips nicht verwenden möchten, können Sie die Laschen des Kopfbandes durch die Schlitze des Maskenrahmens fädeln.



4

Ziehen Sie an den Laschen des Kopfbandes, um die oberen und unteren Bänder gleichmäßig einzustellen. Die Maske sollte bequem auf Ihrem Gesicht sitzen.

Wichtig: Ziehen Sie die Bänder nicht zu fest an. Das Kopfband sollte locker und bequem sitzen.



5

Optional können Sie den Schlauch der Maske durch die Schlaufe des Scheitelbandes führen, bevor Sie den CPAP-Schlauch anschließen.

Hinweis: Die Verwendung des Schlauchhalters am Scheitelband kann für einige Schlafpositionen mehr Komfort bedeuten.



6

Nehmen Sie verschiedene Schlafhaltungen ein. Bewegen Sie die Maske, bis sie komfortabel sitzt. Bestehen übermäßige Luftleckagen, nehmen Sie im Liegen endgültige Anpassungen vor.

Hinweis: Geringfügige Luftleckagen sind normal. Stellen Sie die oberen Riemen des Kopfbandes so ein, dass im Bereich um die Augen weniger Leckagen auftreten.

Weitere Informationen zur Anpassung der Maske finden Sie in den mitgelieferten Gebrauchsanweisungen der Maske. Ein größeres Kopfband ist ebenfalls auf Anfrage erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie auf www.philips.de/wisp

Broudy AE 8/20/13 MCI 4105676 PN 1110625